

JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET, set de calibrare profesionala a electrozilor de pH pentru acvarii.

Usor de utilizat: umpleti solutiile tampon in eprubetele incluse.

Scufundati electrodul de pH in solutiile de calibrare conform instructiunilor afisate pe controlerul de pH si clatiti cu apa distilata.

Electrozii de pH trebuiesc calibrati la fiecare 30 – max 60zile.

Sunt necesari doar 5-10 ml lichid de calibrare pentru fiecare procedura de calibrare. Apoi clatiti cu apa distilata (inclusa in set).

Continutul ambalajului:

Eprubete - 3buc de 50 ml

Apa distilata 50ml - 1buc

Solutie de calibrare pH 7,0/50ml - 1buc

Solutie de calibrare pH 4,0/50ml - 1buc

Producator: JBL GmbH & Co. KG